

Guide de compatibilité de la marque FreeStyle Libre



Système FreeStyle Libre	Système FreeStyle Libre 2
CAPTEUR	
Capteur FreeStyle Libre NIP : 97799171	Capteur FreeStyle Libre 2 NIP : 97799075
APPLI MOBILE COMPATIBLE	
FreeStyle LibreLink 	Appli FreeStyle Libre 2
LECTEUR COMPATIBLE	
Lecteur FreeStyle Libre NIP : 97799170	Lecteur FreeStyle Libre 2 NIP : 97799074
ÂGES D'INDICATION	
18 ans et plus	4 ans et plus
ALARMES RELATIVES AU TAUX DE GLUCOSE	
Aucune	Trois alarmes optionnelles : taux de glucose bas, taux de glucose élevé et perte de signal
COUVERTURE ET DISTRIBUTION	
Couvert par la plupart des régimes d'assurance privés*.	Vérifiez la couverture d'assurance de vos patients. Les ordonnances de FreeStyle Libre 2 et de FreeStyle Libre ne sont pas interchangeables.
RETOURS ET ÉCHANGES	
Aucun retour ni échange en magasin. Veuillez acheminer les demandes des clients au service à la clientèle d'Abbott : 1-888-205-8296	Aucun retour ni échange en magasin. Veuillez acheminer les demandes des clients au service à la clientèle d'Abbott : 1-888-205-8296
CODES DE COMMANDE DE GROS (CAPTEUR)	
McKesson : TBD K&F : TBD Matrix : TBD PJC : TBD	McKesson : TBD K&F : TBD Matrix : TBD PJC : TBD
CODES DE COMMANDE DE GROS (LECTEUR)	
McKesson : TBD K&F : TBD Matrix : TBD PJC : TBD	McKesson : TBD K&F : TBD Matrix : TBD PJC : TBD



Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes de 4 ans ou plus atteintes de diabète sucré. Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les adultes de 18 ans ou plus atteints de diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

L'appli FreeStyle Libre 2 et le lecteur FreeStyle Libre 2 ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures du système. Le capteur FreeStyle Libre 2 communique avec le lecteur FreeStyle Libre 2 ou l'appli FreeStyle Libre 2 qui a servi à le démarrer. L'appli FreeStyle Libre 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle Libre 2 requiert l'inscription à LibreView.

* La couverture peut varier entre les différents régimes d'assurance médicaments privés. Veuillez vérifier auprès de l'administrateur de votre régime ou de votre compagnie d'assurance.




PLUS DE PATIENTS PEUVENT LE FAIRE SANS LANCETTES*

Au moment de remettre le système FreeStyle Libre 2, vérifiez qu'il comporte les caractéristiques suivantes :

Le nom de produit
FreeStyle Libre 2



Lecteur FreeStyle Libre 2
NIP : 97799074



Capteur FreeStyle Libre 2
NIP : 97799075

Les composants des systèmes FreeStyle Libre 2 et FreeStyle Libre ne sont pas compatibles entre eux. Le capteur FreeStyle Libre 2 est uniquement compatible avec l'appli et le lecteur FreeStyle Libre 2.

Pour en savoir plus, visitez le [FacileavecFreeStyle.ca](https://www.FacileavecFreeStyle.ca)



FreeStyle
Libre 2
SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE

Abbott
life. to the fullest.®

* Scanner le capteur ne requiert pas l'utilisation de lancettes.

© 2020 Abbott. FreeStyle, Libre, et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation. Les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

ADC-26016-F