

Guide de compatibilité pour la marque FreeStyle Libre

Système FreeStyle Libre		Système FreeStyle Libre 2
CAPTEUR (NIP)		
ON 09857632 QC 99101399 Payeur privé 97799171		ON 09858147 QC 99114031 Payeur privé 97799075
LECTEUR (NIP)		
ON 09857633 Payeur privé 97799170		ON 09858148 Payeur privé 97799074
APPLI MOBILE		
 FreeStyle LibreLink		Appli FreeStyle Libre 2
ÂGES D'INDICATION		
18 ans ou plus		4 ans ou plus
ALARMES DE TAUX DE GLUCOSE		
Aucune		Trois alarmes facultatives - taux de glucose bas, taux de glucose élevé et perte de signal
COUVERTURE ET DISTRIBUTION		
Pour les patients de 18 ans et plus atteints de diabète. Couvert par la plupart des régimes d'assurance privés*. La couverture publique du système FreeStyle Libre est offerte à l'heure actuelle aux patients admissibles en Ontario[†], à l'Île-du-Prince-Édouard[‡], au Québec[§] et au Yukon[¶].		Pour les patients de 4 ans et plus atteints de diabète. Couvert par la plupart des assureurs privés*. La couverture publique du système FreeStyle Libre 2 est offerte à l'heure actuelle au Manitoba^{**}, en Ontario^{††}, à l'Île-du-Prince-Édouard^{‡‡}, au Québec^{§§}, en Saskatchewan et au Yukon[¶].
RETOURS ET ÉCHANGES		
Aucun échange ni retour en magasin. Service à la clientèle d'Abbott : 1-888-205-8296 CustomerCareFreeStyleCanada@Abbott.com		Aucun échange ni retour en magasin. Service à la clientèle d'Abbott : 1-888-205-8296 CustomerCareFreeStyleCanada@Abbott.com
CODES DE COMMANDE DES GROSSISTES (CAPTEUR)		
McKesson : 119302 Kohl & Frisch : 158997 McMahon : 32951301 Matrix : 093815715344 PJC : 760372 Famiprix : 121126		McKesson : 157824 Kohl & Frisch : 164219 McMahon : 36694101 Matrix : 093815001492 PJC : 451750 Famiprix : 149981
CODES DE COMMANDE DES GROSSISTES (LECTEUR)		
McKesson : 127768 Kohl & Frisch : 159972 McMahon : 32951401 Matrix : 093815725504 PJC : 760383 Famiprix : 099979		McKesson : 157823 Kohl & Frisch : 164218 McMahon : 36689001 Matrix : 093815001508 PJC : 451749 Famiprix : 149985



Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes âgées de 18 ans ou plus atteintes de diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

L'appli FreeStyle LibreLink et le lecteur FreeStyle Libre ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie ou le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si l'appli FreeStyle LibreLink indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par l'appli FreeStyle LibreLink. Le capteur FreeStyle Libre communique avec le lecteur FreeStyle Libre ou l'appli FreeStyle LibreLink qui a servi à le démarrer. Un capteur démarré avec le lecteur FreeStyle Libre communiquera aussi avec l'appli FreeStyle LibreLink. L'appli FreeStyle LibreLink est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink requiert l'inscription à LibreView.

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes âgées de 4 ans ou plus atteintes de diabète sucré.

L'appli FreeStyle Libre 2 et le lecteur FreeStyle Libre 2 ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures et les alarmes de glucose du système. Le capteur FreeStyle Libre 2 communique avec le lecteur FreeStyle Libre 2 ou l'appli FreeStyle LibreLink 2 qui a servi à le démarrer. L'appli FreeStyle LibreLink 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink 2 requiert l'inscription à LibreView.

* La couverture peut varier selon le régime privé. Veuillez vérifier auprès de l'administrateur de votre régime ou de votre compagnie d'assurance. † Ontario : Pour les personnes [de plus de 18 ans] qui traitent leur diabète avec de l'insuline FreeStyle Libre – Avis de l'Administrateur en chef, ministère de la Santé de l'Ontario, 12 septembre 2019. ‡ Île-du-Prince-Édouard : Pour les patients de 18 ans ou plus suivant un traitement par injections quotidiennes multiples (trois ou plus) d'insuline ou par pompe à insuline. Les patients doivent s'inscrire au programme de capteur de glucose pour diabétiques. †† juin 2022. § Québec : Pour les personnes répondant aux critères suivants : thérapie insulinaire intensive (traitement par pompe à insuline ou ≥ 3 injections d'insuline par jour) et épisodes fréquents d'hypoglycémie durant la dernière année. Liste des médicaments, 10 juillet 2019. Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). FreeStyle Libre Changement dans les critères de remboursement. 29 avril 2020. ¶ Yukon : Pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Financement permanent des glucomètres offert aux Yukonnais adultes, Gouvernement du Yukon, 14 septembre 2020.

** Manitoba : Pour les personnes âgées de 25 ans ou moins vivant avec le diabète de type 1 qui répondent aux critères. Bulletin n° 113, Formulaire de prestation pharmaceutique et d'interchangeabilité du Manitoba. Santé et Soins aux personnes âgées. 28 septembre 2021

†† Ontario : Pour les personnes [de plus de 4 ans] qui traitent leur diabète avec de l'insuline. Ontario Drug Benefit Formulary Edition 43 (gov.on.ca). 17 décembre 2021. ‡‡ Île-du-Prince-Édouard : Pour les patients de 4 ans ou plus suivant un traitement par injections quotidiennes multiples (trois ou plus) d'insuline ou par pompe à insuline. Les patients doivent s'inscrire au programme de capteur de glucose pour diabétiques. †† juin 2022. §§ Pour être admissibles au remboursement du système FreeStyle Libre 2 au Québec, les patients doivent répondre aux critères suivants : être âgés de moins de 18 ans et vivre avec le diabète de type 1; être âgés de plus de 18 ans, vivre avec le diabète et répondre aux deux critères suivants : thérapie insulinaire intensive (traitement par pompe à insuline ou ≥ 3 injections d'insuline par jour) et épisodes fréquents d'hypoglycémie durant la dernière année, malgré l'observance d'un plan de gestion de la glycémie. ¶¶ Saskatchewan : Pour les enfants et adolescents de moins de 18 ans qui répondent aux critères. Saskatchewan Formulary Bulletin n° 201. Saskatchewan Health. 1^{er} juin 2021. ¶ Yukon : Pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Note de service du Gouvernement du Yukon, 22 avril 2021.



**FreeStyle
Libre 2**

SYSTÈME FLASH DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE

**FACILE À PRESCRIRE
FACILE À UTILISER
FACILE À COMPRENDRE**


Une appli qui génère des rapports permettant de visualiser les tendances et les schémas

AYEZ L'HEURE JUSTE


Voici ce qu'il faut rechercher

lorsque vous distribuez le système FreeStyle Libre 2 :

Nom de produit
FreeStyle Libre 2



Lecteur FreeStyle Libre 2



Capteur FreeStyle Libre 2




Les composants des systèmes FreeStyle Libre 2 et FreeStyle Libre ne sont pas compatibles entre eux.

Le capteur FreeStyle Libre 2 est uniquement compatible avec l'appli* et le lecteur FreeStyle Libre 2.

Le système FreeStyle Libre 2 est maintenant remboursé par la RAMQ† et, tout comme le système FreeStyle Libre, les pharmaciens peuvent le prescrire depuis la mise en œuvre du projet de loi 31.

**POUR EN SAVOIR PLUS VISITEZ
FACILEAVECFREESTYLE.CA**



Abbott
life. to the fullest.®

Le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre 2 est indiqué pour mesurer les concentrations de glucose dans le liquide interstitiel chez les personnes âgées de 4 ans ou plus atteintes de diabète sucré. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette ou de la notice.

Le capteur est résistant à l'eau jusqu'à 1 mètre (3 pieds) de profondeur. Ne pas l'immerger pendant plus de 30 minutes. Ne pas l'utiliser à plus de 10 000 pieds.

* Appli FreeStyle Libre 2 : L'appli FreeStyle Libre 2 et le lecteur FreeStyle Libre 2 ont des caractéristiques similaires, mais pas identiques. La réalisation d'un test par prélèvement au doigt est nécessaire en cas de non-concordance des symptômes ou des attentes avec les lectures et les alarmes de glucose du système. Le capteur FreeStyle Libre 2 communique avec le lecteur FreeStyle Libre 2 ou l'appli FreeStyle LibreLink 2 qui a servi à le démarrer. L'appli FreeStyle LibreLink 2 est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink 2 requiert l'inscription à LibreView.

† Marque officielle de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Pour être admissibles au remboursement du système FreeStyle Libre 2 au Québec, les patients doivent répondre aux critères suivants : être âgés de moins de 18 ans et vivre avec le diabète de type 1; être âgés de plus de 18 ans, vivre avec le diabète et répondre aux deux critères suivants : thérapie insulinaire intensive (traitement par pompe à insuline ou ≥ 3 injections d'insuline par jour) et épisodes fréquents d'hypoglycémie durant la dernière année, malgré l'observance d'un plan de gestion de la glycémie.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre et les marques connexes appartiennent à Abbott. Les images des produits ne servent qu'à des fins de présentation. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
ADC-62175-F v2.0 10/22